

CONSEILS DE BONNE PRATIQUE CONCERNANT L'USAGE DU MEOPA EN CONTEXTE COVID-19

L'ANSM a diffusé des recommandations de bon usage du MEOPA (mélange équimolaire Oxygène-Protoxyde d'Azote) chez les patients contaminés ou susceptibles de l'être par le SARS-CoV 2 (covid-19).

Comme indiqué dans la note de l'ANSM, en dehors de toute précaution, un risque de contamination du personnel soignant n'est pas à exclure.

Vous trouverez ci-joint en complément de cette note les recommandations, suivantes.

- Sauf nécessité absolue, il est préférable chez ces patients de ne pas avoir recours au MEOPA et de privilégier des alternatives antalgiques disponibles.
- Dans le cas, où il serait jugé nécessaire d'utiliser le MEOPA, il convient de rappeler les points suivants :
 - En plus de la tenue de protection comportant masque chirurgical ou FFP2, surblouse, lunettes et gants.
 - Un filtre respiratoire doit être positionné systématiquement entre le masque patient et le raccord d'arrivée du gaz à ce masque. En fonction de votre lieu d'activité, le filtre est fourni à part (Cas n°1 de la note ANSM) ou inclus dans un kit prêt à l'emploi (Cas N°2 de la note ANSM).
 - Le filtre respiratoire à utiliser correspond à la référence suivante : **19212T**.
Il s'agit d'un filtre électrostatique dont l'efficacité répond à des normes spécifiques (Efficacité antibactérienne 99,9999% à 0.5µm et antivirale 99.99% à 0.027µm)
 - A chaque entrée et sortie de la bouteille dans une chambre ou dans un bureau, veillez à désinfecter la bouteille et le chariot de transport.
 - Ne vous penchez pas excessivement vers le visage du patient (des fuites sont toujours possibles au niveau de masque) ni au-dessus de la sortie expiratoire.

- Concernant les circuits, pour une administration isolée par exemple dans un service d'urgence ou au cabinet, le circuit doit être jeté après utilisation (si patient covid+ circuit DASRI). S'il s'agit de soins récurrents pour un patient hospitalisé, le circuit peut être laissé dans la chambre et être utilisé jusqu'à 15 fois avant de le jeter.
- Les systèmes Valve à la demande ne sont pas recommandés dans le contexte actuel d'épidémie covid.
- Toutes les autres précautions peuvent être consultées sur le site de l'ANSM (<http://ansm.sante.fr>)

Philippe Lorillon, Pharmacien, Responsable des gaz médicaux, CHRU de Brest

Remi Marianowski, PUPH d'ORL, CHRU de Brest